601. 음향

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
소음계	60106			소음 교정기 /KTICC-CI-60106
		31.5 Hz	0.4 dB	
		63 Hz	0.3 dB	
		125 Hz	0.3 dB	
		250 Hz	0.2 dB	
		500 Hz	0.2 dB	
		1 kHz	0.2 dB	
		2 kHz	0.2 dB	
		4 kHz	0.2 dB	
		8 kHz	0.4 dB	
		12.5 kHz	0.6 dB	

603. 진동

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
진동 교정기	60301			표준가속도계 /KTICC-CI-60301
가속도		10 Hz	2.4×10^{-2}	
		(10 ~ 315) Hz	1.6×10^{-2}	
		(315 ~ 1 250) Hz	2.0×10^{-2}	
진동 변환기	60302			표준가속도계 /KTICC-CI-60302
감도		10 Hz	1.7×10^{-2}	
		(10 ~ 20) Hz	1.7×10^{-2}	
		(20 ~ 315) Hz	1.6×10^{-2}	
		(315 ~ 2 500) Hz	2.0×10^{-2}	
		(2 500 ~ 5 000) Hz	2.1×10^{-2}	
진동 측정기	60303			표준가속도계 /KTICC-CI-60303
가속도		10 Hz	1.7×10^{-2}	
		(10 ~ 20) Hz	1.7×10^{-2}	
		(20 ~ 315) Hz	1.6×10^{-2}	
		(315 ~ 1 250) Hz	2.0×10^{-2}	
		(1 250 ~ 5 000) Hz	2.1×10^{-2}	
속도		10 Hz	1.7×10^{-2}	
		(10 ~ 20) Hz	1.7×10^{-2}	
		(20 ~ 160) Hz	1.6×10^{-2}	
		(160 ~ 315) Hz	1.7×10^{-2}	
		(315 ~ 630) Hz	2.3×10^{-2}	
		(630 ~ 1 250) Hz	2.0×10^{-2}	
		(1 250 ~ 2 500) Hz	2.1×10^{-2}	
변위		10 Hz	1.6×10^{-2}	
		(10 ~ 20) Hz	1.6×10^{-2}	
		(20 ~ 80) Hz	1.5×10^{-2}	
		(80 ~ 100) Hz	1.6×10^{-2}	
		(100 ~ 160) Hz	1.7×10^{-2}	
		(160 ~ 315) Hz	1.6×10^{-2}	
		(315 ~ 630) Hz	2.2×10^{-2}	
		(630 ~ 1 000) Hz	3.1×10^{-2}	
		(1 000 ~ 1 250) Hz	4.2×10^{-2}	

www.kticc.com