

901. 화학분석

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
가스 분석기	90103	(0 ~ 18) %(물분율)	0.37 %(물분율)	표준 가스 /KTICC-CI-90103
산소		(0 ~ 100) $\mu\text{mol/mol}$	2.1 $\mu\text{mol/mol}$	
일산화탄소		(0 ~ 2) %(물분율)	0.03 %(물분율)	
메탄		(0 ~ 30) $\mu\text{mol/mol}$	0.89 $\mu\text{mol/mol}$	
황화수소				