

701. 광도

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95%)	사용표준/측정방법 등
광조도계	70101	0.5 lx (0.5 ~ 5) lx (5 ~ 10) lx (10 ~ 50) lx (50 ~ 100) lx (100 ~ 500) lx (500 ~ 1 000) lx (1 000 ~ 1 500) lx (1 500 ~ 3 000) lx (3 000 ~ 20 000) lx	$3.2 \times 10^{-2}$ $2.4 \times 10^{-2}$ $2.0 \times 10^{-2}$ $2.2 \times 10^{-2}$ $1.8 \times 10^{-2}$ $2.0 \times 10^{-2}$ $2.1 \times 10^{-2}$ $2.2 \times 10^{-2}$ $2.6 \times 10^{-2}$ $2.9 \times 10^{-2}$	광도 표준전구 /KTICC-CI-70101

704. 광통신

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95%)	사용표준/측정방법 등
광대역광원 과장 광출력	70402	(600 ~ 1 700) nm  1 310 nm, 1 550 nm (-50 ~ 0) dBm	0.082 nm  0.05 dB	광 스펙트럼 분석기 광 멀티미터 /KTICC-CI-70402
광감쇠기 감쇠량	70410	1 310 nm, 1 550 nm, 1 625 nm (-60 ~ 0) dB	0.06 dB	광출력 안정화 레이저 및 LD 광 멀티미터 /KTICC-CI-70410
광결합기 분할비	70411	1 310 nm 1 550 nm	$1.1 \times 10^{-2}$ $1.1 \times 10^{-2}$	광출력 안정화 레이저 및 LD 광 멀티미터 /KTICC-CI-70411
광섬유 출력계 절대 광 전력  선형성	70412	1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm 1 625 nm (-60 ~ -5) dBm  1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dB 1 625 nm (-55 ~ 0) dB	0.06 dB 0.06 dB  0.06 dB 0.06 dB	광출력 안정화 레이저 및 LD 광 멀티미터, 광 감쇠기 /KTICC-CI-70412
광감쇠광측정기 과장 광출력 광입력 선형성	70413	(600 ~ 1 700) nm  1 310 nm, 1 550 nm (-50 ~ 0) dBm  1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm  1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dB	$2.2 \times 10^{-7}$  0.05 dB 0.06 dB 0.06 dB	광출력 안정화 레이저 및 LD 광 멀티미터, 광 감쇠기 광 스펙트럼 분석기 다중레이저 과장계 /KTICC-CI-70413

704. 광통신

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
광멀티미터 절대 광 전력  선형성	70415	1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm  1 625 nm (-60 ~ -5) dBm  1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dB 1 625 nm (-55 ~ 0) dB	0.06 dB  0.06 dB  0.06 dB 0.06 dB	광출력 안정화 레이저 및 LD 광 멀티미터, 광 감쇠기 /KTICC-CI-70415
광회로망분석기 광 멀티미터 광입력  광 스펙트럼 분석기 파장 분해능 광입력  광 감쇠기 감쇠량  시간영역 광반사계 길이  손실  다중 레이저 파장계 파장  광입력	70416	1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm  (1 310 ~ 1 575) nm 1 310 nm, 1 550 nm (0.1 ~ 1) nm 1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm  1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm  1 310 nm 2.7 km Fiber 13 km Fiber 1 550 nm 2.7 km Fiber 13 km Fiber 1 310 nm 2.7 km Fiber 1 310 nm 13 km Fiber 1 550 nm 2.7 km Fiber 1 550 nm 13 km Fiber  1 310 nm 1 460 nm 1 500 nm 1 531.591 0 nm 1 531.587 8 nm 1 531.584 8 nm 1 550 nm 1 580 nm  1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm	0.06 dB  0.058 nm 0.058 nm 0.06 dB  0.06 dB  0.088 m 0.33 m 0.088 m 0.34 m 0.04 dB 0.08 dB 0.05 dB 0.07 dB  2.7 pm 1.7 pm 1.7 pm 0.35 pm 0.35 pm 0.35 pm 2.7 pm 1.7 pm  0.06 dB	광 멀티미터 광 스펙트럼 분석기 광 감쇠기 시간영역 광반사 측정기 다중 레이저 파장계 반사손실 측정기 /KTICC-CI-70416

704. 광통신

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
광회로망분석기 반사손실 측정기 반사 손실  이더넷 측정기 인터페이스 과장 광출력  감도	70416	1 310 nm, 1 550 nm (20 ~ 30) dB (30 ~ 40) dB  (1 ~ 100) MHz (600 ~ 1 640) nm 1 310 nm, 1 550 nm (0 ~ -60) dBm 1 310 nm, 1 550 nm	0.5 dB 0.6 dB  $1.3 \times 10^{-10}$ 0.082 nm 0.05 dB 0.06 dB	광 멀티미터 광 스펙트럼 분석기 광 감쇠기 시간영역 광반사 측정기 다중 레이저 과장계 반사손실 측정기 /KTICC-CI-70416
광스펙트럼분석기  과장  분해능  광입력  선형성	70417	(600 ~ 1 640) nm  1 310 nm, 1 550 nm (0.1 ~ 1) nm  1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm  1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dB	0.058 nm  0.058 nm  0.06 dB  0.06 dB	광출력 안정화 레이저 및 LD 광 멀티미터, 광 감쇠기 /KTICC-CI-70417
시간영역 광반사계  과장  길이	70418	1 310 nm, 1 550 nm  1 310 nm 2.7 km 12.9 km  13.0 km  2.4 km 13.3 km  1 550 nm 2.7 km 12.9 km  13.0 km  2.4 km 13.3 km	0.082 nm  0.075 m 0.33 m  0.40 m  0.062 m 0.33 m  0.077 m 0.32 m  0.36 m  0.068 m 0.33 m	길이, 손실 표준 광섬유 광 스펙트럼 분석기 /KTICC-CI-70418

704. 광통신

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
시간영역 광반사계 손실	70418	1 310 nm 0.85 dB 4.41 dB  0.87 dB 4.34 dB  2.86 dB 7.02 dB  1 550 nm 0.54 dB 2.51 dB  0.47 dB 2.54 dB  1.60 dB 4.04 dB	0.15 dB 0.15 dB  0.06 dB 0.12 dB  0.08 dB 0.10 dB  0.13 dB 0.14 dB  0.08 dB 0.10 dB  0.06 dB 0.06 dB	길이, 손실 표준 광섬유 광 스펙트럼 분석기 /KTICC-CI-70418
PDH/SDH 분석기 전송율  출력지터  주변모드 억제률  광출력  최소 소광비  감도  반사손실	70419	DS1 (1.544 MHz) ~ STM-64 (9.953 28 GHz)  DS1 (10 Hz to 40 kHz) DS1 (8 kHz to 40 kHz) E1 (20 Hz to 100 kHz) E1 (18 kHz to 100 kHz) DS3 (10 Hz to 400 kHz) DS3 (30 kHz to 400 kHz) STM-1 (12 kHz to 1.3 MHz) STM-4 (12 kHz to 5 MHz) STM-16 (13 kHz to 20 MHz)  STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-64 (9.953 28 GHz)  STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-64 (9.953 28 GHz)  STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-64 (9.953 28 GHz)  STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-64 (9.953 28 GHz)  STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-16 (2.488 32 GHz)	$1.3 \times 10^{-10}$  15 ns 15 ns 11 ns 11 ns 0.78 ns 0.78 ns 0.37 ns 0.13 ns 0.032 ns  0.08 dB  0.05 dB  0.2 dB  0.05 dB  0.8 dB	광 멀티미터 광 스펙트럼 분석기 광 감쇠기 PDH / SDH 분석기 주파수 기준기 /KTICC-CI-70419

704. 광통신

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
PDH/SDH 분석기 지터발생기, 측정기	70419	DS1 (1.544 MHz), 1 kHz 0.77 UIp-p 1.80 UIp-p 4.80 UIp-p 8.80 UIp-p E1 (2.048 MHz), 2.4 kHz 0.77 UIp-p 1.80 UIp-p 4.80 UIp-p 8.80 UIp-p DS3 (44.736 MHz), 4 kHz 0.77 UIp-p 1.80 UIp-p 4.80 UIp-p 8.80 UIp-p STM-1 (155.52 MHz) 65 kHz / 0.20 UIp-p 650 kHz / 0.20 UIp-p 6.5 kHz / 0.91 UIp-p 4 kHz / 3.52 UIp-p 2.5 kHz / 7.52 UIp-p STM-4 (622.08 MHz) 65 kHz / 0.20 UIp-p 650 kHz / 0.20 UIp-p 6.5 kHz / 0.91 UIp-p 4 kHz / 3.52 UIp-p 2.5 kHz / 7.52 UIp-p STM-16 (2.488 32 GHz) 65 kHz / 0.20 UIp-p 650 kHz / 0.20 UIp-p 6.5 kHz / 0.91 UIp-p 4 kHz / 3.52 UIp-p 2.5 kHz / 7.52 UIp-p	56 ns 0.17 μs 0.33 μs 0.54 μs 42 ns 0.13 μs 0.25 μs 0.40 μs 2.6 ns 6.7 ns 14 ns 23 ns 0.48 ns 0.49 ns 0.85 ns 2.6 ns 4.7 ns 0.16 ns 0.17 ns 0.25 ns 0.64 ns 1.7 ns 0.042 ns 0.051 ns 0.062 ns 0.18 ns 0.38 ns	광 멀티미터 광 스펙트럼 분석기 광 감쇠기 PDH / SDH 분석기 주파수 기준기 /KTICC-CI-70419
반사손실 측정기 반사 손실	70423	1 310 nm, 1 550 nm (20 ~ 30) dB (30 ~ 40) dB	0.5 dB 0.6 dB	반사손실 발생기 /KTICC-CI-70423
SDH/SONET 분석기 전송율 출력지터	70424	STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-64 (9.953 28 GHz) STM-1 (12 kHz to 1.3 MHz) STM-4 (12 kHz to 5 MHz) STM-16 (13 kHz to 20 MHz)	$1.3 \times 10^{-10}$ 0.37 ns 0.13 ns 0.032 ns	광 멀티미터 광 스펙트럼 분석기 광 감쇠기 SDH / SONET 분석기 주파수 기준기 주파수 계수기 /KTICC-CI-70424

704. 광통신

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
SDH/SONET 분석기 주변모드 억제률  광출력  최소 소광비  감도  반사손실  지터발생기, 측정기	70424	STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-64 (9.953 28 GHz)  STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-64 (9.953 28 GHz)  STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-64 (9.953 28 GHz)  STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-16 (2.488 32 GHz)  STM-1 (155.52 MHz) ~ STM-16 (2.488 32 GHz)  STM-1 (155.52 MHz) 65 kHz / 0.20 UIp-p 650 kHz / 0.20 UIp-p 6.5 kHz / 0.91 UIp-p 4 kHz / 3.52 UIp-p 2.5 kHz / 7.52 UIp-p STM-4 (622.08 MHz) 65 kHz / 0.20 UIp-p 650 kHz / 0.20 UIp-p 6.5 kHz / 0.91 UIp-p 4 kHz / 3.52 UIp-p 2.5 kHz / 7.52 UIp-p STM-16 (2.488 32 GHz) 65 kHz / 0.20 UIp-p 650 kHz / 0.20 UIp-p 6.5 kHz / 0.91 UIp-p 4 kHz / 3.52 UIp-p 2.5 kHz / 7.52 UIp-p	0.08 dB  0.05 dB  0.2 dB  0.05 dB  0.8 dB  0.48 ns 0.49 ns 0.85 ns 2.6 ns 4.7 ns  0.16 ns 0.17 ns 0.25 ns 0.64 ns 1.7 ns  0.042 ns 0.051 ns 0.062 ns 0.18 ns 0.38 ns	광 멀티미터 광 스펙트럼 분석기 광 감쇠기 SDH / SONET 분석기 주파수 기준기 주파수 계수기  /KTICC-CI-70424
다중레이저파장계  파장        광입력	70426	1 310 nm 1 460 nm 1 500 nm 1 531.591 0 nm 1 531.587 8 nm 1 531.584 8 nm 1 550 nm 1 580 nm  1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm	2.7 pm 1.7 pm 1.7 pm 0.35 pm 0.35 pm 0.35 pm 2.7 pm 1.7 pm  0.05 dB	주파수 안정화 레이저 및 LD 광 멀티미터  /KTICC-CI-70426
다채널동시측정기  광입력	70427	1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm	0.06 dB	광출력 안정화 레이저 및 LD 광 멀티미터, 광 감쇠기  /KTICC-CI-70427

704. 광통신

측정량/장비	분류번호	교정범위	교정·측정능력 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
주파수 안정화 레이저 및 LD 파장 광출력 선형성	70429	(1 260 ~ 1 640) nm  1 310 nm, 1 550 nm (-50 ~ 0) dBm  1 310 nm, 1 550 nm (-50 ~ 0) dB	1.2 pm  0.05 dB  0.05 dB	다중 레이저 파장계 광 멀티미터  /KTICC-CI-70429
ASE 광원 파장 광출력	70430	(600 ~ 1 700) nm  1 310 nm, 1 550 nm (-50 ~ 0) dBm	0.082 nm  0.05 dB	광 스펙트럼 분석기 광 멀티미터  /KTICC-CI-70430
연속파 레이저 파장계 파장 광입력	70431	632.991 0 nm 1 310 nm 1 460 nm 1 500 nm 1 531.591 0 nm 1 531.587 8 nm 1 531.584 8 nm 1 550 nm 1 580 nm 1 640 nm  1 310 nm, 1 550 nm (-60 ~ 0) dBm	0.06 pm 2.6 pm 1.7 pm 1.7 pm 0.35 pm 0.35 pm 0.35 pm 1.7 pm 1.7 pm 1.7 pm  0.05 dB	주파수 안정화 레이저 및 LD 광 멀티미터 광 감쇠기  /KTICC-CI-70426
광출력 안정화 레이저 및 LD 파장 광출력  안정화 LED 광원 파장 광출력	70433	(1 300 ~ 1 640) nm  1 310 nm, 1 550 nm (-50 ~ 0) dBm 1 625 nm (-50 ~ -5) dBm  (600 ~ 1 640) nm  1 310 nm, 1 550 nm (-50 ~ 0) dBm	$2.2 \times 10^{-7}$  0.05 dB 0.05 dB  0.082 nm  0.05 dB	다중 레이저 파장계 광 멀티미터 광 스펙트럼 분석기  /KTICC-CI-70433