

901. 화학분석

측정량/장비	분류번호	교정범위	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %)	사용표준/측정방법 등
가스 분석기	90103			표준 가스 /KTICC-CI-90103
산소		(0 ~ 18) cmol/mol	0.37 cmol/mol	
일산화탄소		(0 ~ 100) μmol/mol	2.1 μmol/mol	
메탄		(0 ~ 2) cmol/mol	0.03 cmol/mol	
황화수소		(0 ~ 30) μmol/mol	0.89 μmol/mol	